

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Ямало-Ненецкого автономного округа
«Яр-Салинская центральная районная больница»

629700, Ямало-Ненецкий АО, Ямальский район, с. Яр-Сале, ул. Худи Сэроко, д. 15 корпус А.
Тел/факс: 8(349 96) 3-00-36, E-mail: muscrb@mail.ru
ОКПО 01948853, ОГРН 1028900509879, ИНН 8909000370, КПП 890901001

«3» 11 2015г № 2958

На № _____ от _____ 2015г

О предоставлении информации

Директору предприятия ООО
«МЕДТЕХ» В.А.Лабусову

Уважаемый Владимир Александрович!

Администрация ГБУЗ «Яр-Салинская ЦРБ» предоставляет в Ваш адрес отзыв на аппарат «КАРС-С2». Аппарат за № F11114 был смонтирован и запущен в работу в нашей больнице в ноябре 2011 года предприятием «МЕДТЕХ». Аппарат отличается удобство и простота эксплуатации, удобное и понятное меню рабочего места Р-лаборанта, врача. Современный дизайн. Высокая разрешающая способность позволяет проводить исследования не только ОГП в 2-х проекциях, но и придаточных пазух носа, ш/отдела позвоночника. С 2011 года резко уменьшилось количество лиц нуждающихся в дообследовании. За время эксплуатации на аппарате выполнено 20736 исследований, при этом выявлено: пневмоний 120, туберкулёз лёгких 31, эхинококковые кисты лёгкого 19, заболеваний придаточных пазух носа 60, заболеваний костной системы, ш/отдела позвоночника 376. Результат фиксируется как на бумаге (лазерный принтер), так и на фотопринтерах шириной 110 и 210 мм, которые шли в комплекте с аппаратом. Наша больница располагается географически за Полярным кругом на территории Ямальского района, что накладывает отпечаток на требование к аппаратуре и доступности сервисного обслуживания. За 4 года эксплуатации аппарат показал себя только с положительной стороны. В гарантийный период было 2 отказа: сбой программного обеспечения - устранен в течении часа дистанционно, через удалённый доступ и ослабление ремня подъёмника в течении 30 минут - медтехником. В постгарантийный период: май 2015 года отказ привода двери. После обращения к Вам в течении 3-х дней запчасть была доставлена из г. Новосибирск в с. Яр-Сале Ямальского района авиационным сообщением без предварительной оплаты, что минимизировала простой аппарата.

.Подобное отношение со стороны производителя ранее нам никогда не встречалось. В Вашем лице хочется сказать большое спасибо коллективу ООО «МЕДТЕХ» за ваш аппарат и отношение к работе. Надеемся на продолжение нашего сотрудничества во благо жителей Ямальского района.

Главный врач  Т.Е Падерина

Зав. ОЛД  Радишевский В.К.