

Министерство
здравоохранения и социального развития
Республики Карелия
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
«КОНДОПОЖСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ
РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА»

186220 г.Кондопога
ул.Бумажников, 20а
☎ (814-51) 7-40-60, факс 7-43-43
e-mail: konderb@onego.ru

Директору
ООО предприятие «МЕДТЕХ»

630090, г. Новосибирск, а/я 514

от 07.08.2015 г. № _____
На № 19034/7 от 06.07.2015 года

Уважаемый

Владимир Александрович!

По вашему запросу представляем Отзыв на Флюорограф цифровой малодозовый «КАРС»-С1:

Серийный №	F12122
Дата поставки	06.08.2012г.
Поставщик	ООО «МЕДТЕХ»
Установщик	Пьянов Д.А.
Количество проведенных исследований за период эксплуатации	105000
Кол-во выявленной патологии за время работы	45 536
Кол-во ремонтов	1 (смена подшипника в двери ап-та)
Простой из-за поломки	2 дня
Сервисное обслуживание	в гарантийный срок ремонт провели быстро Качественно

Цифровой малодозовый флюорограф «КАРС»-С1 был поставлен в 2012 году. За последующий период было проведено более 105 000 исследований, выявлено достаточное количество заболеваний, как пневмония, туберкулез, онкозаболевания.

Аппарат надежный, была одна механическая поломка (замена подшипника двери). Флюорограф удобен в работе, прост в использовании, программа доступна, качество снимков хорошее. При этом корректировке поддается практически любой снимок. Снимки получаются хорошего качества, удобны для описания. Внешний вид соответствует современным требованиям. Качество сервисного обслуживания не вызывает претензий.

И.о. Главного врача



М.А. Мокурова

Исполнители:
гл. м/с Еркеева С.Н.
т.8963 747-5000
вр. рентгенолог Гусев В.А.